

## 专家论证意见表

项目名称：开封市肿瘤医院 BGM-EGN 组件和逻辑转换模块采购项目

项目金额：9.7 万元

| 专家姓名 | 工作单位    | 职务(职称) | 论证意见      |
|------|---------|--------|-----------|
| 韩晓莉  | 河大-附院   | 中级     | 见专家论证意见附件 |
| 马永敏  | 杞县中心医院  | 中级     | 见专家论证意见附件 |
| 李孝莲  | 开封市人民医院 | 中级     | 见专家论证意见附件 |

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                             |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 韩晓莉                                                                                     | 电话: 13837857138   |
|          | 职称: 中级                                                                                      |                   |
|          | 工作单位: 河大-附院                                                                                 |                   |
| 项目信息     | 项目名称: 开封市肿瘤医院 BGM-EGN 组件和逻辑转换模块采购项目                                                         |                   |
|          | 预算金额: 9.7 万元                                                                                |                   |
|          | 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司                                                                    |                   |
| 专业人员论证意见 | 为保证现有设备与更换的 BGM-EGN 组件和逻辑转换模块配套使用, 只能从瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司原厂采购, 符合政府采购法第三十一条的相关规定, 建议采用单一来源方式. |                   |
| 专业人员签字   | 韩晓莉                                                                                         | 日期: 2024 7 月 12 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                               |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 马新敏                                                                       | 电话: 13627786790 |
|          | 职称: 中工                                                                        |                 |
|          | 工作单位: 杞县中心医院                                                                  |                 |
| 项目信息     | 项目名称: 开封市肿瘤医院 BGM-EGN 组件和逻辑转换模块采购项目                                           |                 |
|          | 预算金额: 9.7 万元                                                                  |                 |
|          | 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司                                                      |                 |
| 专业人员论证意见 | 为保证更换后配件设备状态一致性,该配件必须从瓦里安vitalbeam 直接加建送原厂采购。该项目符合政府采购办法第三十一条相关规定,建议采用单一来源方式。 |                 |
| 专业人员签字   | 马新敏                                                                           | 日期: 2024年7月12日  |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                             |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 李春莲                                                                                                                                                     | 电话: 13598782570 |
|          | 职称: 主任医师                                                                                                                                                    |                 |
|          | 工作单位: 开封市人民医院                                                                                                                                               |                 |
| 项目信息     | 项目名称: 开封市肿瘤医院 BGM-EGN 组件和逻辑转换模块采购项目                                                                                                                         |                 |
|          | 预算金额: 9.7 万元                                                                                                                                                |                 |
|          | 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司                                                                                                                                    |                 |
| 专业人员论证意见 | <p>瓦里安直线加速器、设备精密要求高,更换配件的质量将会直接影响设备的治疗质量和正常运行指标。采用原厂配件才能最终保证更换后设备状态的一致。BGM-EGN组件和逻辑转换模块是瓦里安Vital Beam直线加速器的设备重要配件,故只能从瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司原厂采购。建议采用单一来源采购。</p> |                 |
| 专业人员签字   | 李春莲                                                                                                                                                         | 日期: 2024年7月12日  |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。